

Glukometr iXell



<https://platformatownicza.pl/diagnostyka/glukometry/1436-glukometr>

Cena: **80,00 zł** brutto

Producent: **IXELL**

Nr referencyjny: **I-XELL**

Stan: **Nowy**

Ilość: **14 szt.**

Informacje

Glukometr służy do pomiaru glukozy we krwi. Pomiaru można dokonać samodzielnie, glukometr jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Zapewnia skuteczny i dokładny pomiar. Posiada pamięć 450 ostatnich pomiarów.







Opis produktu

Zastosowanie:

- glukometr
- cukrzyca
- poziom glukozy

Cechy:

- Dokładny, precyzyjny i łatwy w obsłudze glukometr spełniający wymogi aktualnej normy ISO 15197:2015.
- Współpracuje z paskami iXell®.
- Podświetlany ekran LCD - gwarantuje czytelność wyniku.
- Podświetlana szczelina pomiarowa na pasek testowy - umożliwia pomiar glikemii nawet nocą.
- Jeden przycisk ustawień - łatwy w obsłudze nawet dla starszych pacjentów.
- 4 tryby pomiaru (AC/ PC/ QC/ GEN) - pozwala kontrolować glikemię w zależności od posiłku.
- **Jeden przycisk** - proste użytkowanie glukometru
- **Automatyczny wyrzut paska - bezpieczeństwo dla pacjenta** i osób z jego otoczenia
- **Szeroki zakres temperatur** przechowywania pasków testowych iXell®: **4°- 40°**
- **Funkcja średnich glikemii z 60 i 90 dni** - pomoc w oszacowaniu HbA1c i profilaktyce powikłań cukrzycy
- **Dokładność systemu** potwierdzona certyfikatem spełnienia wymogów najnowszej **normy EN ISO 15197:2015**
- Paski testowe iXell® używane są przez personel medyczny, w polskich szpitalach i przychodniach
- **Pamięć 450 pomiarów wraz z datą i godziną** - wgląd w historię pomiarów
- **AST - alternatywne miejsca nakłucia** - wybór najbardziej komfortowej strefy nakłucia

- **Metoda pomiaru** - biosensoryczna
- **Brak kodowania** - eliminacja ryzyka błędu przy nowym opakowaniu pasków testowych
- **Średnie glikemii** z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni
- **Możliwość kasowania pamięci**
- Alarm - przypomnienie o regularnej kontroli glikemii,
- Zmiana jednostek pomiaru - mg/dl i mmol/l
- Zakres pomiaru - 20-600 mg/dl (1,1-33,3mmol/l)
- Wielkość kropli krwi - 0,7 µl
- Czas pomiaru - 7 s
- Zastosowany enzym - GOD
- Źródło zasilania: bateria CR2032
- Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności

- Automatyczne wykrywanie obecności paska testowego